



ZWIEBEL

Service de métrologie

Version du logiciel : 5.3.0.1

Laboratoire d'Étalonnage Accrédité

BP 50002

67700 SAVERNE Cedex

E-Mail : commercial@zwiebel.fr



Accréditation
N° 2-1218
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

CALIBRATION CERTIFICATE

N° E24/317/002

DÉLIVRE À : ARTEMIS - MPM - LA CROIX SAINT OUEN
ISSUED FOR 400 Rue des Longues Rayes
60610 LA CROIX SAINT OUEN

INSTRUMENT ÉTALONNÉ *CALIBRATED INSTRUMENT*

Désignation : Série de 17 masses
Designation

Constructeur : CIBE, LZ
Manufacturer

N° de série D17292
Serial Number

Matière : Acier inoxydable
Material

Forme : Cylindrique
Shape

Ce certificat comprend 5 pages
incluant un constat de vérification

Date d'émission : 12/11/2024
Date of issue

*This certificate includes 5 pages
including a verification report*

Responsable du laboratoire
Head of the laboratory

M. SZALAI

LA REPRODUCTION DE CE RAPPORT N'EST AUTORISÉE QUE SOUS
LA FORME D'UN FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTÉGRAL

*THIS CERTIFICATE MAY BE NOT REPRODUCED OTHER
THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC PROCESS*

MODE OPÉRATOIRE

Les masses sont étalonnées par comparaison EMME avec des masses étalons de travail raccordées aux masses étalons de référence, ces dernières étant raccordées à la chaîne nationale de la métrologie.

La masse conventionnelle de la masse étalonnée est définie par le décret N° 75-312 du 9 avril 1975.

La masse conventionnelle d'un poids est égale à la masse totale des poids de référence réalisés dans une matière de masse volumique 8000 kg/m³, qui équilibre la masse de ce poids, dans l'air de masse volumique 1,2 kg/m³, l'opération étant effectuée à 20°C.

LIEU D'INTERVENTION

Etalonnage sur site ()

RÉSULTATS

Les résultats de mesure ont été corrigés afin de les ramener dans les conditions de référence définies dans le mode opératoire.

L'incertitude de mesure élargie "U" donnée est l'incertitude type "u" sur le résultat de la mesure multipliée par le facteur d'élargissement $k = 2$ ce qui, pour une distribution gaussienne, correspond à un niveau de confiance d'environ 95%. Les incertitudes type ont été calculées en tenant compte des différentes composantes d'incertitudes, étalon de référence, moyens d'étalonnage, conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité.

IDENTIFICATION DES POIDS

L'identification correspond, en général au marquage des poids.

Dans la rubrique IDENTIFICATION, "Sans" signifie sans marquage et "*" un point gravé sur le poids.

Dans le cas des fils, "/" correspond à un pli et "//" à 2 plis.

NUMÉRO DE SÉRIE

Le numéro de série correspond au numéro d'une série de poids, d'un coffret ou d'un poids s'il est seul dans le coffret.

CONSTAT DE VÉRIFICATION

La rubrique "classe" définie dans le constat de vérification correspond à la classe de l'instrument susceptible d'être vérifié avec les masses concernées.

La rubrique "Nb échelons" indique le nombre maximal d'échelons des instruments de pesage susceptibles d'être vérifiés avec les masses étalons en vérification primitive.

Dans le cadre du constat de vérification il est constaté que l'erreur de justesse (E_j) des masses identifiées (sauf celles non classées) augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée (EMT) pour la classe X définie par le texte cité en référence.

$$|E_j| + U \leq EMT$$

LA DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE PORTANT LE LOGOTYPE COFRAC-ÉTALONNAGE GARANTIT LE RACCORDEMENT DES RÉSULTATS D'ÉTALONNAGE AU SYSTÈME INTERNATIONAL D'UNITÉ SI.

RÉSULTAT D'ÉTALONNAGE

Valeur nominale	Identification	Masse conventionnelle	Incertitude en \pm	Date
1 g	ZE53F	1,000 39 g	0,30 mg	12/11/2024
2 g	D	2,000 26 g	0,40 mg	12/11/2024
2 g	D *	2,000 24 g	0,40 mg	12/11/2024
5 g	D	5,000 16 g	0,50 mg	12/11/2024
10 g	D	10,000 15 g	0,65 mg	12/11/2024
20 g	D	20,000 38 g	0,80 mg	12/11/2024
20 g	D *	20,000 19 g	0,80 mg	12/11/2024
50 g	D	49,999 4 g	1,0 mg	12/11/2024
100 g	D	99,998 7 g	1,5 mg	12/11/2024
200 g	D	200,002 5 g	3,0 mg	12/11/2024
200 g	D *	200,003 5 g	3,0 mg	12/11/2024
500 g	D	500,007 9 g	8,0 mg	12/11/2024
1 kg	D	1,000 016 kg	17 mg	12/11/2024
2 kg	D	2,000 021 kg	33 mg	12/11/2024
2 kg	D *	2,000 026 kg	33 mg	12/11/2024
5 kg	D	5,000 088 kg	83 mg	12/11/2024
10 kg	D	10,000 06 kg	0,15 g	12/11/2024

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTALONNAGE

Intervention Nv:nouveau; A:ajusté; R=xxx:remplace le poids N°xxx; R:remis en état; N:nettoyé

Valeur nom.	Identification	Cavité	Opérateur	Intervention	<i>Avant intervention</i>	<i>Date</i>
1 g	ZE53F	Non	SZALAI Michel			
2 g	D	Non	SZALAI Michel			
2 g	D *	Non	SZALAI Michel			
5 g	D	Non	SZALAI Michel			
10 g	D	Non	SZALAI Michel			
20 g	D	Non	SZALAI Michel			
20 g	D *	Non	SZALAI Michel			
50 g	D	Non	SZALAI Michel			
100 g	D	Non	SZALAI Michel			
200 g	D	Oui	SZALAI Michel			
200 g	D *	Oui	SZALAI Michel			
500 g	D	Oui	SZALAI Michel			
1 kg	D	Oui	SZALAI Michel			
2 kg	D	Oui	SZALAI Michel			
2 kg	D *	Oui	SZALAI Michel			
5 kg	D	Oui	SZALAI Michel			
10 kg	D	Oui	SZALAI Michel			

CONSTAT DE VÉRIFICATION**CONDITIONS DE VÉRIFICATION**

Procédure interne de vérification : R-ETA.PR.LA.9801 Modalités de délivrance d'un constat de vérification

Conditions d'environnement : Sans influence sur le classement

Norme ou texte de référence : Recommandation OIML R111 "Poids des classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3"

Valeur nom.	Identification	Classe	Nb échelons	Classe Instrument
1 g	ZE53F	M1		
2 g	D	M1		
2 g	D *	M1		
5 g	D	M1		
10 g	D	M1		
20 g	D	M1		
20 g	D *	M1		
50 g	D	M1		
100 g	D	M1		
200 g	D	M1		
200 g	D *	M1		
500 g	D	M1		
1 kg	D	M1		
2 kg	D	M1		
2 kg	D *	M1		
5 kg	D	M1		
10 kg	D	M1		